



RESUMEN COMUNICACIONES

TÍTULO

GESTIÓN DE RIESGOS CLÍNICOS EN EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL ABENTE Y LAGO: RIESGO DE RADIACIÓN

INTRODUCCIÓN

Los Servicios de Radiodiagnóstico deben dar cumplimiento a una legislación que obliga a recoger indicadores cuya finalidad es optimizar la obtención de imágenes con calidad diagnóstica. La realidad demuestra que se obtienen de manera irregular y no van acompañados de acciones correctivas adecuadas, y es en este marco en el que la Norma UNE179003 de Gestión de Riesgos Clínicos aporta una metodología que permite una gestión más efectiva del riesgo de radiación.

OBJETIVOS

Cuantificar riesgos de radiación.
Identificar causas de radiación inadecuada en servicio de Radiodiagnóstico.
Proponer actuaciones para disminuir Riesgo de Radiación.

METODOLOGÍA

Se sigue metodología referida en Norma UNE de Gestión de Riesgos Clínicos.
Todos los profesionales participaron en: Identificación de riesgos. Elaboración de listado de riesgos (aprobado por grupo de Calidad del servicio).
Análisis: realización de AMFE con asignación de número de priorización de Riesgo(NPR) . Identificación de causas de radiación inadecuada. Todos los profesionales revisaron el AMFE

RESULTADOS

Causas identificadas: escaso control sobre equipos, falta de protocolos técnicos de realización, duplicación de estudios, escasa comunicación entre facultativos y personal técnico.
Acciones de mejora sobre: control de equipos, sesiones formativas(facultativos y técnicos), unificación criterios técnicos y barreras para reducir duplicidades de estudios.

CONCLUSIONES

La Norma UNE 179003 de Gestión de Riesgos Clínicos aporta una metodología aplicable a una gestión más efectiva del riesgo de radiación y favorece que el personal técnico se haga más consciente de su papel en la gestión de riesgos clínicos.